

## DRAGER-AIRSHIELD ISI PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kablo DRAGER-AIRSHIELD marka \_\_\_\_\_ model cihazlar ile çalışmalıdır.
- 2- Kablonun rengi gri olmalıdır.
- 3- Kablo 3 pinli olmalıdır ve kablonun cihaza giriş soketi siyah olmalıdır.
- 4- Kablo dağınıklığını ve kırılmaları engellemek için cırt-cırtlı bant ile sarılmış olmalıdır.
- 5- Teslimat sırasında şeffaf kilitli poşet ile verilmelidir. Poşetin içindeki etikette ürünün markası, hangi cihaza uyumlu olduğu, PN numarası, lot numarası, hangi firmaya ait olduğu, üretim yeri, CE işareti, latex içermediğini belirten işaret ve uyarı işaretleri bulunmalıdır.
- 6- Şeffaf poşet içinde nem tutucu paket bulunmalıdır.
- 7- Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 8- Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
- 9- Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

