

EKG PUARI(Yetiřkin)

- 1- Puarlar Ekg çekiminin yapılmasına uygun olmalıdır.
- 2- Puarların metal yüzeyi paslanmaz, pürüzsüz ve deliksiz olmalıdır.
- 3- İletkenliği yüksek olmalıdır.
- 4- Puarlar mavi renkte ve hasta cildine zarar vermeyecek yapıda olmalıdır.
- 5- Bağlantı noktası sayesinde banana tip kablolar ile kullanılabilirdir.
- 6- Yetiřkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
- 7- 6'lı set halinde olmalıdır.
- 8- Nakliye sırasında zarar görmemesi ve hastane deposunda korunması için ürünler karton kutu içinde verilmelidir.
- 9- Ürünün markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 10- Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
- 11- Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

