

### MASIMO SP0226DE SPO2 ARA KABLO

- 1- Kablo Masimo RAD özellikli monitörler ile uyumlu olmalıdır.
- 2- Kablo beyaz renkte olmalıdır.
- 3- Kablonun cihazın soketine giriş kısmı kırmızı renkte olmalıdır.
- 4- Kablonun cihazın soket kısmına girişinde pinlerin zarar görmemesi ve rahatlıkla monitöre bağlanabilmesi için soketin her iki yanında mandal bulunmalıdır.
- 5- Ara kablo Masimo marka 11 pinli spo2 probu ile uyumlu olmalıdır.
- 6- Kablonun ambalaj poşetinin içindeki ürün etiketinde kablonun markası, hangi marka için kullanılabileceği, ref (model) numarası , lot numarası , üretim ve son kullanma tarihi , üretim yeri , suya dayanıklılık standartı ve sağ köşede uyarı işaretleri bulunmalıdır.
- 7- Kablonun dağılmasını önlemek için cırt-cırtlı yapıda ipi olmalıdır.
- 8- Ürün teslimat sırasında karışıklık olmaması için şeffaf kilitli poşetler ile verilmelidir.
- 9- Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 10- Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
- 11- Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

