

## Tansiyon Manşonu Teknik Şartnamesi

1. Tansiyon manşonu çok kullanımlık olmalıdır.
2. Child hastalar için manşon boyu 18-26cm ölçülerinde olmalıdır.
3. Manşon üzerinde arter noktası işaret ile gösterilmelidir.
4. Manşon üzerinde hangi hasta grubu için olduğu belirtilmelidir.
5. Manşon üzerinde kullanım alanını gösterir range çizgileri olmalıdır.
6. Manşon dış yüzeyi yıkanabilir yapıda olmalıdır
7. Manşon üzerinde latex içermediği belirtilmelidir.
8. Manşon tek hortumlu olmalıdır.
9. Manşonun monitöre uyumu için gerekli adaptör firma tarafından temin edilmelidir.
10. Üzerinde CE işareti olmalıdır.
11. Teslimat sırasında şeffaf kilitli poşet ile verilmelidir. Poşetin içindeki etikette ürünün markası, hangi cihaza uyumlu olduğu, PN numarası, lot numarası, hangi firmaya ait olduğu, üretim yeri, CE işareti, latex içermediğini belirten işaret ve uyarı işaretleri bulunmalıdır
12. Manşon rengi kirlenmelere karşı koyu lavacert olmalıdır.
13. Kablonun markası patentli Türk markası olmalı ve patent evrakları demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14. Ürüne ait UBB/ÜTS kodu paylaşılmalı ve fatura da belirtilmelidir.
15. Teklif veren firmanın ürün markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazılı olmalı, demo/muayene kabul işlemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

